



PREFEITURA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SETOR DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE PRODUTOS / DFIMPS
Av. Universitária, nº 644, Qd. 107, Lt. 03, Setor Leste Universitário - Goiânia
Fone: (62) 3524-1558

Goiânia, 19 de outubro de 2012

Alerta Sanitário nº 36/2012

Prezados (as) Senhores (as),

Após cordiais cumprimentos vimos, através deste, informar que a nesta quinta- feira (18/10), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, no Diário Oficial da União, a suspensão, interdição cautelar e recolhimento voluntário de produtos com irregularidades.

Confira os produtos que foram suspensos na tabela abaixo:

Medida	Produto	Empresa	Motivo
Suspensão da fabricação, distribuição e comércio, RE Nº 4.444 em todo o país.	Todos os produtos sujeitos à vigilância sanitária.	Dental Shop Suprimentos Odontológicos Ltda.	A empresa não possui Autorização de Funcionamento na Anvisa.
Suspensão da distribuição, comércio e uso RE 4.445 em todo o país.	Todos os produtos sujeitos a vigilância sanitária.	Casa do Hospital Produtos Ortopédicos Ltda.	A empresa não possui Autorização de Funcionamento na Agência.
Suspensão da distribuição, comércio e uso RE 4.446 em todo o país.	Todos os produtos sujeitos à vigilância sanitária.	CDS Artefatos de Plástico Ltda.	A empresa não possui Autorização de Funcionamentos na Anvisa.
Interdição cautelar RE 4.447 em todo o país.	Lote 0121 do produto Álcool em Gel Anti-séptico para as mãos- Allgel.	Jalles Machado S/A.	O produto apresentou resultado insatisfatório nos ensaios de Determinação de pH- do produto puro e da solução a 1%.

Interdição cautelar RE 4.448 em todo o país.	Lote 0940611016 do produto Alisante Hidróxido de Cálcio Passo 2.2 Portier Fine 1kg.	Concepcion Cortez Chacon Tonin.	O produto apresentou resultado insatisfatório no ensaio de Teor de Hidróxido de Cálcio.
Suspensão da distribuição, comércio e uso RE 4.449 em todo o país.	Todos os produtos sob vigilância sanitária.	Ortcom Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.	A empresa não possui Autorização de Funcionamento na Anvisa.
Suspensão da distribuição, comércio e uso RE 4.450 em todo o país.	Todos os produtos sob vigilância sanitária.	Empresa Dental Uno, razão social Marília Vanusa dos Santos Pereira.	A empresa não possui Autorização de Funcionamento na Anvisa.
Recolhimento voluntário RE 4.451 em todo o país.	Lotes G0461-1 e H0101 do produto Vacina Febre Tifóide Polissacarídica.	Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda.	Em seringas preenchidas e em frascosampolas dos lotes citados, havia pouca quantidade de antígeno.
Apreensão e inutilização RE 4.452 em todo o país.	Todas as unidades do produto Cialis 20mg, blister com 20 comprimidos, que apresentem no rótulo a seguinte inscrição em baixo relevo "EXP1228014".	Eli Lilly do Brasil Ltda.	As unidades que contém a inscrição citada foram falsificadas.
Suspensão da distribuição, comércio e uso RE 4.453 em todo o país.	Produtos para saúde Conjunto Radiológicos TD500HF-C e Conjunto Gerador de Alta Frequencia para Raios X TD500HF.	Tecno Design Indústria e Comércio Ltda.	Os produtos tiveram a data de fabricação adulterados para 2008. Porém foram fabricados em 2011 quando a empresa estava sem Autorização de Funcionamento.

A suspensão durará o tempo necessário para a regularização dos produtos junto a Agência e tem validade imediata após divulgação da medida no Diário Oficial. As pessoas que já tiverem adquirido algum produto dos lotes suspensos devem interromper o uso.

Sem mais para o momento,

KEYLA REJANE MAGNO DIAS LUSTOSA
Chefe Setor de Monitoramento da Qualidade
de Produtos

MIRTES BARROS BEZERRA
Diretora Dptº Vigilância Sanitária Municipal

THAÍS CRISTINE DE CARVALHO ARAUJO
Chefe Divisão de Fiscalização de Insumos,
Medicamentos e Produtos para Saúde

LUCIANA DE LIMA DIAS
Farmacêutica Setor de Monitoramento da
Qualidade de Produtos